CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: JUEGO DE BLOQUES PATRÓN RECTANGULARES

PATRÓN NACIONAL DE LONGITUD CENAM

Patrónes primarios CENAM

Instrumento: **Juego de bloques patrón**
No. de Identificación: **MTK-BLO-25**
No. de informe: **CNM-CC-740-582/2022**
Incertidumbre: ± 0.28 µm ; (± 11 µpulg)

Instrumento: **Máquina Unidimensional**
No. de Identificación: **MTK-UNI-82**
No. de informe: **LMD223515a**
Incertidumbre: **± 0.013 µm; (± 0.51 µpulg)**

Patrones de Referencia CENAM / METROKAL

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: Juego de bloques patrón rectangulares
No. de Identificación: **CTK-055**
No. de informe: **MTKD-237128**
Incertidumbre: ± 0.040 µm (tv), ± 0.12 µm (te) / ± 1.6 µpulg (tv), ± 4.7 µpulg (te)
Fecha de vencimiento: 2025-11-16

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumentos del Cliente