CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: HIPOT (GENERADOR DE ALTA TENSIO)

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA
NMX-140-INMC-2002

CENAM

Instrumento: **MUTLIMETRO 4 1/2 DIGITOS**
No. de Identificación: **CTK-346**
No. de informe: **EL-085823-1**
Incertidumbre: **Tensión eléctrica alterna ± 0,000 73 V, Tensión eléctrica continua ± 0,000 082 V, Resistencia eléctrica (a la corriente continua) ± 0, 000 068 kΩ, Corriente eléctrica alterna ± 0,002 7 A, Corriente eléctrica continua ± 0,000**

Instrumento: **PUNTA DE ALTA TENSION 6 KV**
No. de Identificación: **CTK-344**
no. de informe: **CA-CE-41619-11 / CA-CE-41619-21**
Incertidumbre: **1 Ω a 400 Ω ± 0,0011 %, 1 kΩ a 400 kΩ ± 0,0011 %, 1 MΩ a 4 MΩ ± 0,0041 %**

Instrumento: **DECADA DE ALTA RESISTENCIA**
No. de Identificación: **CTK-425**
no. de informe: **CA-CE-41619-11 / CA-CE-41619-21**
Incertidumbre: **1 Ω a 400 Ω ± 0,0011 %, 1 kΩ a 400 kΩ ± 0,0011 %, 1 MΩ a 4 MΩ ± 0,0041 %**

Instrumento: **DECADA DE ALTA RESISTENCIA**
No. de Identificación: **CTK-509**
No. de informe: **CA-CE-41620-11**
Incertidumbre: **@Tensión 100V ±0,021 MΩ, @1000V ±0,054 MΩ, @2500V ±0,79 MΩ, @5000V ±0,079 GΩ**

REFERENCIA CERTIFIK

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: **HIPOT (GENERADOR DE ALTA TENSION)**
No. de Identificación: **CTK-242**
No. de informe: **EL-083923-2**
Incertidumbre: **TENSION ac: ±0,00058 V; TENSION cc: ± 0,00058 V; CORRIENTE ac: ± 0,0058 mA; CORRIENTE cc: ± 0,0058 mA; INSULATION TEST 500V: ± 0,0058 MΩ; ±0,58 MΩ; ±0,0058 MΩ; INSULATION TEST 1000V: ± 0,058 MΩ; : ± 0,58 MΩ; : ± 0,0058 MΩ;**
Fecha de vencimiento: **2024-10-25**

INSTRUMENTO CERTIFIK

Instrumentos del Cliente