CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: **TERMOHIGRÓMETRO**

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

CENAM

Instrumento**: HIGRÓMETRO**
No. de Identificación**: MTK-PH-12**
No. de informe**: LHU220233**
Incertidumbre:**1.1% A 1.9% HR**

Instrumento**: TERMÓMETRO DE RESISTENCIA (RTD) DE PLATINO**
No. de Identificación**: MKT-PT-28**
No. de informe**: 2-5636**
Incertidumbre**: ±0.0065 °C a 0.062 °C**

RFERENCIA METROSMART

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: **TERMOHGRÓMETRO**
No. de Identificación: **CTK-328**
No. de informe: **MTKH-230440**
Incertidumbre: **2.0% HR ; 0.35 °C**
Fecha de vencimiento: **2024-10-06**

INSTRUMENTO CERTIFIK

Instrumentos del Cliente