CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: **SET DE LAINAS PARA RECUBRIMIENTO**

Patrón primario nacional de longitud CNM PNM 2.

Patrón Primario CENAM

Instrumento: **Interferómetro Láser Agilent**
No. de Identificación: **US45220506 (serie)**
No. de informe: **CNM-CC-740-703/2021**

Instrumento: **Bloques Patrón Tesa**
No. de Identificación: **18611 (serie)**
No. de informe: **CNM-CC-740-118/2020 (CENAM)**

Patrones de referencia CENAM

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: **Maquina unidimensional**
No. de identificación: **CTK-162**
No. de informe: **CNM-CC-740-396/2022**
Incertidumbre: **± (0,35 + 0.004 5 L) mm Con L en mm**
Fecha de vencimiento: **2024-07-07**

Instrumentos de CERTIFIK

Instrumento: **Set de lainas para recubrimiento**
No. de identificación: **CTK-358**
No. de informe: **DI-081051-2**
Incertidumbre máxima: **± 0,36 µm**
Fecha de vencimiento: **2024-10-17**

Instrumentos del Cliente