CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA: **CALIBRADOR DE PROCESOS**

PATRON PRIMARIO NACIONAL DE ELECTRICA CENAM

Patrón Primario CENAM

PATRONES DE REFRENCIA SEPRI

Patrones de refrencia SEPRI

Instrumento: **CALIBRADOR MULTIFUNCIONES**
No. de Identificación: **CTK-396**
No. de informe: **E-1692-2023, E-1687-2023, TF-1045-2023**
Incertidumbre: **IKLH ± 6,6 a 6,9 mV/V @ 1 000 V Tensión eléctrica continua, ± 0,010 %L @ 20 A Corriente eléctrica contina, ± 0,0092%L @ 1 000 V @ 8 kHz Tensión eléctrica alterna, ± 0,020 %L @ 20 A @ 1kHz Corriente eléctrica alterna, ± 0,23 %L @ 1 000 MΩ Resistencia, ± 10 a 37 µV/V @ 1 000 V @ 10 000 °C Generación de temperatura** Fecha de vencimiento: **2024-SEP-22**

Instrumento: **MULTIMETRO DIGITAL 6 1/2 DIGITOS**
No. de Identificación: **CTK-224**
No. de informe: **: AE0756-2023**
Incertidumbre: **Tensión eléctrica continua ± 00021 a 0,0028 %L @ 1000 V, Tensión eléctrica alterna ± 0,030 %L @750 V @ 1 kHz, Corriente eléctrica continua ± 0,027 a 0,033 %L @ 3 A, Corriente eléctrica alterna ± 0,068 %L @ 3 A @ 1kHz, Resistenacia eléctrica ± 0,013 a 0,066 %L 100 MΩ.**
Fecha de vencimiento: **2024-09-19**

Patrón de refrencia CERTIFIK

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: Calibrador de Procesos
No. de Identificación: **CTK-410**
No. de informe: **EL-085823-2**
Incertidumbre: **Modo de medicion: ± 0,001 2 V Tensión eléctrica alterna; ± 0,000 15 mV Tensión eléctrica continua; ± 0,000 67 mA Corriente eléctrica continua; ± 0,027Ω Resistencia eléctrica (a la corriente continua); TC TIPO J 0,12 °C**
Modo de generación:
± 0,000 58 V Tensión eléctrica continua; ± 0,005 8 mA Corriente eléctrica continua; ± 0,58 Ω Resistencia eléctrica (a la corriente continua); TC TIPO J 0,12 °C.
Fecha de vencimiento: 2025-03-08

Instrumentos CERTIFK

Instrumentos del Cliente