CERTIFIK	Cartas de trazabilidad	Fecha última revisión:
		2023-01-31
No. de formato:		No. de páginas:
F-102-04		1 de 1

PATRÓN DE REFERENCIA:

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

PATRONES PRIMARIOS CENAM

Instrumento**: I-CHECKER**
No. de Identificación: **MTK-IC-168**
No. de informe: **CNM-CC-740-127/2023**
Incertidumbre**: (0.09+0.0009*L) mm**

REFERENCIA PATRONES METROKAL

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: **CALIBRADOR DE INDICADORES**
No. de Identificación: **CTK-141**
No. de informe: **MTKD-243907**
Incertidumbre: **±(0.15+0.0015*L) µm; L en mm**
Fecha de vencimiento: **2025-06-18**

INSTRUMENTO CERTIFIK

Instrumentos del Cliente